

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

OR 0021. 67 2021

tel. (87) 517 23-14  
fax (87) 517 23-35

www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

P. K. M. Kozłowski  
27.12.2021

Sejny, dnia 22.12.2021 r

P. B. Ojowski - Staniawicz  
23.12.2021

Zarząd

Powiatu Sejneńskiego

16-500 Sejny

ul. 1 Maja 1

8347/21  
P. K. M. Kozłowski

### WNIOSEK

### o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych.

Na podstawie Uchwały nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ w Sejnach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach wnosi o wyrażenie zgody na likwidację następujących środków trwałych:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr fabryczny	Typ	Rok produkcji	Wartość księgową zł
1.	Wirówka	1047	WR 30.2	2001	15 250,00
2.	Pralnica	10474459	MP-55P	2001	12 200,00
3.	Pralnica	68	PCP – 30	2003	13 420,00
4.	Suszarka bębnowa	W010807007 686	UU – 075P	2010	13 285,80
5.	Pralnica czołowa	R2010/167	PCP-50.5	2010	15 750,20
6.	Suszarka bębnowa	0912020632	UU – 050P	2010	15 591,60
7.	Dźwig osobowy szpitalny	23642	SJH 1.19	1997	89 880,00

Wyżej wymienione środki trwałe są całkowicie zamortyzowane i zgodnie z opiniami o stanie technicznym kwalifikują się do kasacji. Były użytkowane w pralni, w której przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne z przeznaczeniem na punkt pralniczy z myciem i dezynfekcją sprzętu. Dźwig szpitalny został dostarczony i zainstalowany w grudniu 1997 r. przez Zakład Urządzeń Dźwignicowych w Białymstoku. W wyniku długoletniego użytkowania zużyły się podzespoły i następowały częste awarie, a naprawy były kosztowne. W ramach

realizacji projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” zakład uzyskał środki na wymianę dźwigu. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik z siedzibą Kalinowo 86, Ostrów Mazowiecka na wymianę dźwigu. Prace zostaną wykonane do końca 2021 roku.

Załączniki:

Opinia o stanie technicznym urządzenia szt 7.

Uchwała Rady Społecznej nr 10 i 12/2021.

Z poważaniem

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
*Waldemar Kwaternicki*

Suwałki 15.11.2021

Zakład Dźwignic i Instalacji Elektrycznych

Marek Gwiżdżowski

Ul. Kowalskiego 6/44

16-400 Suwałki

### Orzeczenie Techniczne

### O likwidacji dźwigu w SPZOZ Sejny

Przyczyny likwidacji dźwigu:

- Brak dostępności części zamiennych sterowania dźwigu
- Brak dostępności części zamiennych napędu drzwi dźwigu
- Brak dostępności części zamiennych wciągarki dźwigu
- Brak dostępności części zamiennych przycisków dyspozycji oraz wezwań dźwigu
- Brak dostępności części zamiennych kabiny dźwigu
- Wyeksploatowanie urządzenia ze względu długi czas eksploatacji oraz jej intensywność

W/w przyczyny spowodowały, iż dźwig musiał zostać wyłączony z użytkowania oraz uniemożliwił prawidłowe funkcjonowanie SPZOZ Sejny pod względem transportowania pacjentów między oddziałami co mogło powodować zagrożenie zdrowia i życia pacjenta.

KONSERWATOR  
urządzeń dźwigowych  
Marek Gwiżdżowski  
upr. nr K/01/0018/19/02  
K/01/0037/01  
K/01/00075/09

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 22. 12. 2021

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterni

## MED-SERWIS

Suwałki, dn. 05.10.2021

inż. St. L. Kuklewicz

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
tel./fax 87-566 3108; kom. 602 215 013

NIP: 844-105-55-72

SP ZOZ

SEJNY

uL. Dr. E.Rittlera 2

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Suszarka bębnowa

Typ: UU-050P

Nr fabryczny: 0912020632

Rok produkcji: 2010

Producent: UniMac

Użytkownik: j.w.

Ocena stanu techn. urządzenia:

Niesprawny silnik urządzenia, rygiel pokrywy.  
Niesprawny panel sterujący. Nieszczelne połączenia rurowe. Skorodowane, zakamienione elementy instalacji hydraulicznej. Uszkodzony pas napędowy.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny. Naprawa nieopłacalna. Urządzenie klasyfikuje się do kasacji.

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 22. 12. 2021

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

Opinię wydał:



**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 0602-215013

**MED-SERWIS**

Suwałki, dn. 05.10.2021

**inż. St. L. Kuklewicz**

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
tel./fax 87-566 3 108; kom. 602 215 013

**NIP: 844-105-55-72**

**SP ZOZ**

**SEJNY**

**uL. Dr. E.Rittlera 2**

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: **Pralnica**

Typ: **PCP-30**

Nr fabryczny: **68**

Rok produkcji: **2003**

Producent: **PRAMA**

Użytkownik: **j.w.**

Ocena stanu techn. urządzenia:

**Uszkodzony silnik oraz pas napędowy. Skorodowane elementy obudowy. Niesprawny sterownik oraz układ elektryczny.**

Wniosek MED-SERWIS:

**Sprzęt niesprawny. Naprawa nieopłacalna. Urządzenie klasyfikuje się do kasacji.**

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM


Sejny, 22. 12. 2021

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaternski

Opinię wydał:



**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 0602-215013

**MED-SERWIS**

**inż. St. L. Kuklewicz**

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
tel./fax 87-566 3108; kom. 602 215 013

**NIP: 844-105-55-72**

Suwałki, dn. 05.10.2021

**SP ZOZ**

**SEJNY**

**uL. Dr. E.Rittlera 2**

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).
2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.
3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Suszarka bębnowa

Typ: UU-075P

Nr fabryczny: W 010807007686

Rok produkcji: 2010

Producent: UniMac

Użytkownik: j.w.

Ocena stanu techn. urządzenia:

Uszkodzony silnik urządzenia, rygiel pokrywy.  
Niesprawny panel sterujący. Nieszczelne połączenia rurowe. Osady kamienia na instalacji hydraulicznej.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny. Naprawa nieopłacalna. Urządzenie klasyfikuje się do kasacji.

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 22. 12. 2021

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

Opinię wydał:

**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 0602-215013

## MED-SERWIS

Suwałki, dn. 05.10.2021

inż. St. L. Kuklewicz

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
tel./fax 87-566 3108; kom. 602 215 013

NIP: 844-105-55-72

SP ZOZ

SEJNY

uL. Dr. E.Rittlera 2

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Pralnica

Typ: PCP-50.5

Nr fabryczny: R2010/167

Rok produkcji: 2010

Producent: PRAMAZUT

Użytkownik: j.w.

Ocena stanu techn. urządzenia:

Skorodowane elementy obudowy. Uszkodzony panel sterowniczy. Zużyta uszczelka drzwi i pas napędowy. Zakamienione i pordzewiałe elementy aparatury wodnej.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny. Naprawa nieopłacalna. Urządzenie klasyfikuje się do kasacji.

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 22. 12. 2021

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

Opinię wydał:



MED-SERWIS  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 660-31-08, kom. 0602-215013

**MED-SERWIS**

**inż. St. L. Kuklewicz**

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
tel./fax 87-566 3108; kom. 602 215 013

**NIP: 844-105-55-72**

Suwałki, dn. 05.10.2021

**SP ZOZ**

**SEJNY**

**uL. Dr.E. Rittlera 2**

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: **Pralnica**

Typ: **MP-55P**

Nr fabryczny: **10474459**

Rok produkcji: **2001**

Producent: **PRAMA**

Użytkownik: **j.w.**

Ocena stanu techn. urządzenia:

**Skorodowane, zakamienione i nieszczelne elementy instalacji hydraulicznej. Uszkodzony silnik oraz elementy łożyskowania bębna. Zużyte uszczelki drzwi.**

Wniosek MED-SERWIS:

**Sprzęt niesprawny. Naprawa nieopłacalna. Urządzenie klasyfikuje się do kasacji.**

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 22. 12. 2021

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

*Waldemar Kwaterski*

Opinię wydał:

*St. L. Kuklewicz*  
**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 0602-215013



**MED-SERWIS**

**inż. St. L. Kuklewicz**

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
tel./fax 87-566 3108; kom. 602 215 013

**NIP: 844-105-55-72**

Suwałki, dn. 05.10.2021

**SP ZOZ**

**SEJNY**

**uL. Dr. E.Rittlera 2**

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Wirówka pralnicza

Typ: WR-30.2

Nr fabryczny: 1047

Rok produkcji: 2001

Producent: PRAMA

Użytkownik: j.w.

Ocena stanu techn. urządzenia:

Uszkodzony układ sterowniczy.

Uszkodzone zawieszenie wirówki. Niesprawny silnik.

Wypracowany zespół łożyskowania.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny. Naprawa nieopłacalna. Urządzenie klasyfikuje się do kasacji.

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 22. 12. 2021

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

Opinię wydał:

**MED-SERWIS**

inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 0602-215013

**Uchwała Nr 12/2021**  
**Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu**  
**Opieki Zdrowotnej w Sejnach**  
**z dnia 17 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zaopiniowania likwidacji środka trwałego**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje likwidację środka trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, stanowiącym załącznik do uchwały tj.:

1. Dźwig osobowy szpitalny  
Nr fabryczny: 23642  
Typ: SJH 1.19  
Rok produkcji: 1997  
Wartość księgowa: 89.880,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Maciej Tomasz Plesiewicz

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 22. 12. 2021

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittiera 2

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

**Uchwała Nr 10/2021**  
**Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu**  
**Opieki Zdrowotnej w Sejnach**  
**z dnia 17 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zaopiniowania likwidacji środków trwałych**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz opinii o stanie technicznym sprzętu medycznego, wystawionej przez: MED – SERWIS, inż. Stanisław Leszek Kuklewicz, 16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27, Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach uchwała, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje likwidację środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, stanowiącym załącznik do uchwały tj.:

1. Wirówka  
Nr fabryczny: 1047  
Typ: WR 30.2  
Rok produkcji: 2001  
Wartość księgową: 15.250,00 zł
2. Pralnica  
Nr fabryczny: 10474459  
Typ: MP-55P  
Rok produkcji: 2001  
Wartość księgową: 12.200,00 zł
3. Pralnica  
Nr fabryczny: 68  
Typ: PCP-30  
Rok produkcji: 2003  
Wartość księgową: 13.420,00 zł
4. Suszarka bębnowa  
Nr fabryczny: W010807007686  
Typ: UU-075P  
Rok produkcji: 2010  
Wartość księgową: 13.285,80 zł
5. Pralnica czołowa  
Nr fabryczny: R2010/167  
Typ: PCP-50.5  
Rok produkcji: 2010  
Wartość księgową: 15.750,20 zł
6. Suszarka bębnowa  
Nr fabryczny: 0912020632

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 22. 12. 2021

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

*Włademar Kwaterski*

Typ: UU-050P  
Rok produkcji: 2010  
Wartość księgową: 15.591,60 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Maciej Tomasz Plesiewicz

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 22. 12. 2021

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

*Waldemar Kwaterski*