

**UCHWAŁA NR 208/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 26 maja 2022 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na likwidację środka trwałego zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach z dnia 20 maja 2022 r., stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

Maciej Tomasz Plesiewicz .....  
Antoni Baudzis .....  
Alicja Wysocka.....  
Lucyna Fidrych.....  
Stanisław Kwaterski .....



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

OR.002.18.2022  
tel. (87) 517-23-14  
fax (87) 517-23-35  
www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl


NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Sejny, dnia 20.05.2022 r

*P.B. Ojowlis - Staniewicz*  
*20.05.2022*

*P.K. Mikłosz*  
*23.05.2022*

Zarząd Powiatu Sejneńskiego  
ul. 1 Maja 1  
16-500 Sejny



## WNIOSEK

### o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych

Na podstawie Uchwały nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ w Sejnach wnosi wniosek o wyrażenie zgody na likwidację następującego środka trwałego:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr fabryczny	Typ	Rok produkcji	Wartość księgowa zł
1.	Defibrylator	12177591	Lifepak	2000	32.000,-

Wyżej wymieniony środek trwały jest całkowicie amortyzowany i zgodnie z opinią o stanie technicznym kwalifikuje się do kasacji. Jest on całkowicie wyeksploatowany i naprawa jest niemożliwa z braku części zamiennych.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH**  
*Waldemar Kwaternak*

Załączniki:

Opinia o stanie technicznym urządzenia.

Uchwała Rady Społecznej nr 18/2021 z 26 kwietnia 2022.

**OPINIA**

**o stanie technicznym urządzenia**

**OFERUJEMY:**

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Defibrylator

Typ: Lifepak 12

Nr fabryczny: 12177591

Rok produkcji: 2000

Producent: Medtronic USA

Użytkownik: Pogotowie

Ocena stanu techn. urządzenia:


Uszkodzony wyświetlacz. Niesprawne elektrody i akumulator. Uszkodzony układ ładowania. Zanikające komunikaty na ekranie. Przeszły typ sprzętu – brak części zamiennych.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny i wyeksploatowany. Naprawa niemożliwa z uwagi na brak części zamiennych do przestarzałego już urządzenia. Defibrylator klasyfikuje się do kasacji.

Opinię wydał:

*Biruta Woźnalis*  
Potwierdzenie za zgodność z ORYGINAŁEM



**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926  
tel./fax (087) 888-31-08, kom. 602-215013

Sejny, 20. 05. 2022

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rymaszewskiego 2

**Uchwała Nr 18/2022**  
**Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu**  
**Opieki Zdrowotnej w Sejnach**  
**z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zaopiniowania likwidacji środków trwałych**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633) oraz opinii o stanie technicznym sprzętu medycznego, wystawionej przez: MED – SERWIS, inż. Stanisław Leszek Kuklewicz, 16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27, Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach uchwała, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje likwidację środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, stanowiącym załącznik do uchwały tj.:

1. Pulsoksymetr  
Nr fabryczny: G05718004  
Typ: Oximax N-5958-1  
Rok produkcji: 2006  
Wartość księgowa: 3.745,00 zł
2. Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa  
Nr fabryczny: 2301474  
Typ: AP23  
Rok produkcji: 2011  
Wartość księgowa: 4.536,00 zł
3. Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa  
Nr fabryczny: 550  
Typ: 102A  
Rok produkcji: 2000  
Wartość księgowa: 6.100,00 zł
4. Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa  
Nr fabryczny: 357  
Typ: 102A  
Rok produkcji: 2002  
Wartość księgowa: 6.100,00 zł
5. Lampa halogenowa  
Nr fabryczny: 86067  
Typ: LH-150II  
Rok produkcji: 1996  
Wartość księgowa: 7.200,00 zł
6. Myjnia ręczna do fiberoskopów  
Nr fabryczny: nieczytelny

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 20. 05. 2022

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

Birutą Woźnialis

p.o. Główny Księgowy



Typ: brak  
Rok produkcji: 2006  
Wartość księgowa: 3.959,00 zł

7. Lampa do fototerapii  
Nr fabryczny: 17209  
Typ: BiliTx  
Rok produkcji: 2014  
Wartość księgowa: 8.970,00 zł

8. Urządzenie do badania słuchu  
Nr fabryczny: E3431  
Typ: Euroscan  
Rok produkcji: 2014  
Wartość księgowa: 9.634,37 zł

9. Pompa infuzyjna  
Nr fabryczny: 2401325/12  
Typ: AP 24  
Rok produkcji: 2012  
Wartość księgowa: 4.860,00 zł

10. Defibrylator  
Nr fabryczny: 12177591  
Typ: Lifepak  
Rok produkcji: 2000  
Wartość księgowa: 32.000,00 zł

11. Pompa infuzyjna  
Nr fabryczny: 8003-07579  
Typ: Asena CC  
Rok produkcji: 2003  
Wartość księgowa: 4.933,12 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Maciej Tomasz Plesiewicz

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 20. 05. 2022

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2

Biruta Woźnialis

p.o. Główny Księgowy