

UCHWAŁA NR 296/2023
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na kasację środków trwałych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na kasację środków trwałych zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:


Maciej Tomasz Plesiewicz

Antoni Baudzis

Alicja Wysocka.....

Lucyna Fidrych.....

Stanisław Kwaterski



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny

P. B. Ogólski - Stanowisko
tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35
www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl
22.05.2023

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340
Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

SEJ-ADM.32.23.2023.BW



DR. OOZ. 19.2023
Sejny, dnia 19.05.2023 *AW*

P. K. Hikiorska
22.05.2023

Zarząd Powiatu Sejneńskiego
ul. 1 Maja 1
16-500 Sejny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła wniosek:

- o wyrażenie zgody na kasację środków trwałych


Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

W załączeniu:

- Opinie o stanie technicznym urządzeń medycznych
- Uchwała Rady Społecznej Nr 29/2023 z 16 maja 2023 r.



Sejny, dnia 19.05.2023 r

Zarząd Powiatu Sejneńskiego
ul. 1 Maja 1
16-500 Sejny

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na kasację środka trwałego

Na podstawie Uchwały nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ w Sejnach wnosi wniosek o wyrażenie zgody na likwidację i zbycie następujących środków trwałych:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr fabryczny/seryjny	Typ	Rok produkcji	Wartość księgowa zł
1.	Aparat do terapii falami krótkimi – NW0237	SW2151	SW 500 TS	2009	20.792,-
2.	Aparat do terapii falami krótkimi – NW0236	SW2155	SW 500 TS	2009	20.792,01
3.	Aparat do znieczulania – NW0235	09/15668	Saturn Evo Color z monitorem Beneview T5	2009	159.965,-
4.	Myjnia endoskopowa – NW0141	07B001NP	CYW - 100N	2007	52.430,-
5.	Sterylizator parowy NW0267	70	AS 446 WPA	2009	108.364,25

Powyższy sprzęt medyczny przeznaczony do kasacji jest całkowicie wyeksploatowany oraz amortyzowany. Ze względu na brak części zamiennych nie można doprowadzić aparatu do znieczulania, myjni endoskopowej, sterylizatora oraz diatermii do pełnej sprawności.

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do powyższego wniosku.

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

MED - SERWIS

inż. St. L. Kuklewicz

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com

email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

Suwałki, dnia. 31.03.2023 r.

SP ZOZ Sejny

16-500 Sejny

ul. Rittlera 2

OPINIA

o stanie technicznym urządzenia

OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).
2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.
3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Aparat do terapii falami krótkimi

Typ: SW 500 TS

Nr fabryczny: SW2151

Rok produkcji: 2009

Producent: EMILDUE

Użytkownik: Sekcja Rehabilitacji

Ocena stanu techn. urządzenia:

Uszkodzona lampa nadawcza mocy. niesprawny układ automatyki strojenia. Zużyte kable i elektrody aplikacyjne.

Wniosek MED-SERWIS:

Diatermia niesprawna i wyeksploatowana. Wysokie koszty oraz trudności zakupu oryginalnych części zamiennych czynią naprawę nieopłacalną. Aparat klasyfikuje się do kasacji.

Opinię wydał:

**MED-SERWIS**
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 0602-215013

MED - SERWIS

inż. St. L. Kuklewicz

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com

email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

Suwałki, dnia. 31.03.2023 r.

SP ZOZ Sejny

16-500 Sejny

ul. Rittlera 2

OPINIA

o stanie technicznym urządzenia

OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Aparat do terapii falami krótkimi

Typ: SW 500 TS

Nr fabryczny: SW21512155

Rok produkcji: 2009

Producent: EMILDUE

Użytkownik: Sekcja Rehabilitacji

Kierownik Sekcji Technicznej

Paweł Buczyński

Ocena stanu techn. urządzenia:

Uszkodzona lampa nadawcza mocy. niesprawny układ automatyki . Zużyte kable i elektrody aplikacyjne. Niestabilna praca urządzenia.

Wniosek MED-SERWIS:

Diatermia niesprawna i wyeksploatowana. Wysokie koszty oraz trudności zakupu oryginalnych części zamiennych czynią naprawę nieopłacalną. Aparat klasyfikuje się do kasacji.

Opinię wydał:

MED-SERWIS
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926
tel./fax (087) 566-31-08, kom 602-215013

Paweł Buczyński

Od: Jarosław Wildowicz <jwildowicz@biameditek.pl>
Wysłano: poniedziałek, 13 marca 2023 20:47
Do: p.buczynski@szpital.sejny.pl
Temat: Opinia techniczna

Dzień dobry,

Przedstawiam Państwu opinię po przeglądzie technicznym aparatu do znieczulania typu **Saturn Evo Color nr ser. – 09/15668**.

Stwierdza się, że aparat typu Saturn Evo Color nr ser. – 09/15668 jest uszkodzony. Niestety nie można ze względu na brak części zamiennych doprowadzić tego aparatu do pełnej sprawności technicznej.
Sugeruję wycofanie tego aparatu z eksploatacji.

Pozdrawiam

Jarosław Wildowicz

Inżynier Serwisu / Service Engineer

E-mail: jwildowicz@biameditek.pl Kom:608 050 477 Tel:[85 66 45 200](tel:85 66 45 200) Fax:[85 66 45 266](tel:85 66 45 266)

Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok, POLAND


KRS 0000140907 Sad Rejonowy w Białymstoku XII WGKRS, NIP 542-020-13-57, Kapitał zakładowy 475000zł

Website:www.biameditek.pl www.bmtmedical.pl Facebook: [@Biameditek](https://www.facebook.com/Biameditek) LinkedIn: [@Biameditek](https://www.linkedin.com/company/biameditek)



Biameditek
breath of innovation

Indutrade



Confidentiality

This communication is confidential. If you are not the person or entity to whom it is addressed please notify the sender immediately, do not disclose the information or make any use of it.



Please consider the environment before printing this email.

MED - SERWIS

inż. St. L. Kuklewicz

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com

email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

Suwałki, dnia. 31.03.2023 r.

SP ZOZ Sejny

16-500 Sejny

ul. Rittlera 2

O P I N I A

o stanie technicznym urządzenia

OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).
2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.
3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Myjnia endoskopowa

Typ: CYW-100N

Nr fabryczny: 07B001NP

Rok produkcji: 2007

Producent: CHO YANG MEDICAL

Użytkownik: ENDOSKOPIA

Ocena stanu techn. urządzenia:

Niesprawny układ sprawdzania szczelności i drożności kanałów. Uszkodzone układ dozujący i zawory regulacyjne, stwardniałe i zużyte uszczelnienia. Myjnia o dużym stopniu wyeksploatowania.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny i wyeksploatowany. Wysokie koszty oraz trudności zakupu oryginalnych części zamiennych czynią naprawę nieopłacalną. Myjnia klasyfikuje się do kasacji.

Opinię wydał:



MED-SERWIS
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 6022-215013

MED - SERWIS

inż. St. L. Kuklewicz

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27
87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com

email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

Suwałki, dnia. 31.03.2023 r.

SP ZOZ Sejny

16-500 Sejny

ul. Rittlera 2

OPINIA

o stanie technicznym urządzenia

OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).
2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.
3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Sterylizator parowy

Typ: AS 446 WPA

Nr fabryczny: 70

Rok produkcji: 2009

Producent: SMS Warszawa

Użytkownik: Sterylizacja

Ocena stanu techn. urządzenia:

Niesprawny układ sterowania cyklami sterylizacji i wytwarzania próżni. Uszkodzony zespół zamykania i blokady pokrywy komory. Zużyte zawory, niedrożne elementy układu kondensatu i armatury parowej.

Wniosek MED-SERWIS:

Autoklaw niesprawny i wyeksploatowany. Wysokie koszty oraz trudności zakupu oryginalnych części zamiennych czynią naprawę nieopłacalną. Sterylizator klasyfikuje się do kasacji.

Opinię wydał:

 **MED-SERWIS**
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27
NIP: 844-105-55-72, REG.790059926
tel./fax (087) 566-31-08, kom. 602-215013

Uchwała Nr 29/2023
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sejnach
z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie zaopiniowania kasacji środków trwałych

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. e, pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), Uchwały Nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach uchwała, co następuje:

§ 1. Mając na względzie opinię o stanie technicznym sprzętu medycznego sporządzoną przez: MED – SERWIS w Suwałkach, inż. Stanisław Leszek Kuklewicz, Biameditek Sp. z o.o. w Białymstoku inż. Jarosław Wildowicz, pozytywnie opiniuje kasacje środków trwałych, tj.:

1. Aparat do terapii falami krótkimi – NW0237
Nr fabryczny/seryjny: SW2151
Typ: SW 500 TS
Rok produkcji: 2009
Wartość księgowa: 20.792,00 zł
2. Aparat do terapii falami krótkimi – NW0236
Nr fabryczny/seryjny: SW2155
Typ: SW 500 TS
Rok produkcji: 2009
Wartość księgowa: 20.792,01 zł
3. Aparat do znieczulania – NW0235
Nr fabryczny: 09/15668
Typ: Saturn Evo Color z monitorem Beneview T5
Rok produkcji: 2009
Wartość księgowa: 159.965,00 zł
4. Myjnia endoskopowa – NW0141
Nr fabryczny: 07B001NP
Typ: CYW – 100N
Rok produkcji: 2007
Wartość księgowa: 52.430,00 zł
5. Sterylizator parowy NW0267
Nr fabryczny: 70
Typ: AS 446 WPA
Rok produkcji: 2009
Wartość księgowa: 108.364,25 zł

§ 2. Wniosek Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Maciej Tomasz Plesiewicz