

**UCHWAŁA NR 50/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 11 grudnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na kasację środków trwałych**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz Uchwały Nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwała, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na kasację środków trwałych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

Maciej Tomasz Plesiewicz .....  
Antoni Baudzis .....  
Alicja Wysocka.....  
Barbara Karłowicz .....  
Stanisław Kwaterski .....



## WNIOSEK

### o wyrażenie zgody na kasację środka trwałego

Na podstawie Uchwały nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ w Sejnach wnosi wniosek o wyrażenie zgody na kasację środków trwałych:

LP.	Nazwa środka trwałego	Nr fabryczny	Typ	Rok produkcji	Wartość księgowa zł
1.	Myjnia ultradźwiękowa – NW0522- <i>Sterylizacja</i>	05154648901	SONIC IRRYGATOR PC+MEDIM	2015	34.475,63
2.	Videogastroskop – NW0219- <i>Gabinet Endoskopii</i>	6G250A083	EG-530N	2009	30.783,00
3.	Kolonofiberoskop – NW0139 – <i>Gabinet Endoskopii</i>	A110291	nieczytelny	2006	45.656,19
4.	Videogastroskop HD – NW0744 – <i>Gabinet Endoskopii</i>	2G374K107	EG-530FP	2017	49.680,00

Powyższy sprzęt medyczny przeznaczony do kasacji jest całkowicie wyeksploatowany oraz zamortyzowany. Ze względu na brak części zamiennych nie można doprowadzić sprzętu medycznego do naprawy.

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do powyższego wniosku.

Z poważaniem

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

*Waldemar Kwaterski*

**MED - SERWIS**

**inż. St. L. Kuklewicz**

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com

email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

Suwałki, dnia. 06.11.2024 r.

**SP ZOZ SEJNY**

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Myjka ultradźwiękowa

Typ: Sonic Irrygator PC+

Nr fabryczny: 0515 46489 01

Rok produkcji: 2015

Producent: Medisafe

Użytkownik: Sterylizacja

Ocena stanu techn. urządzenia:

Uszkodzony wzmacniacz mocy. Niesprawny układ przetwornika ultradźwiękowego. Duże zużycie ogólne.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny i wyeksploatowany.

Nieopłacalność naprawy klasyfikuje myjkę do kasacji.

Główny Księgowy  
*Biruta Woźnalis*

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny, 04. GRU. 2024

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2

Opinię wydał:

**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 844-105-55-72. REG.790059926  
tel./fax (037) 859-31-99, kom. 0502-215013

Kraków, dnia 16-04-2024

## EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO Nr ENDO-24308

Zlecający (płatnik):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
ul. Dr Edwarda Rittlera 2,  
16-500 Sejny  
NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Nazwa aparatu: VIDEOGASTROSKOP  
Typ: EG-530N  
Nr fabryczny: 6G250A083

**W otrzymanym aparacie stwierdzono:**

Wypracowany, nieszczelny na wygięciu kanał biopsyjny.  
Wypracowana kamera, pasy, zaniki obrazu, zakłócenia.

\*nasz serwis nie dysponuje częściami zamiennymi do tego modelu endoskopu. Naprawa w naszym serwisie jest niemożliwa.

**Zwrot endoskopu bez naprawy.**


Endoskop, nieszczelny, niesprawny.

Karolina Gieraszińska (kom: 606 992 320)

Data: 16-04-2024

Główny Księgowy

Biruta Wóźnialis





MED - SERWIS

inż. St. L. Kuklewicz

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

87-5663108; kom. 602215013; www: med-serwis.com

email: medserwis.kuklewicz@gmail.com

Suwałki, dnia. 06.11.2024 r.

SP ZOZ SEJNY

## OPINIA

### o stanie technicznym urządzenia

#### OFERUJEMY:

1. Usługi w zakresie napraw i montażu m.in. sprzętu sterylizacyjnego, stomatologicznego, okulistycznego, elektroniki medycznej (EKG, USG, detektory, lancetrony), urządzeń do fizykoterapii i hydroterapii, drobnego sprzętu medycznego (ssaki, inhalatory, reduktory gazowe, ciśnieniomierze).

2. Wykonywanie pomiarów ochronnych (zerowania i rezystancji), wydawanie opinii technicznych.

3. Sprzedaż : ciśnieniomierzy lek., części stom. i protetycznych, inhalatorów, glukometrów, żarówek medycznych, palników bakteriobójczych.

Nazwa urządzenia: Kolonofiberoskop

Typ: nieczytelny

Nr fabryczny: A110291

Rok produkcji: 2006

Producent: brak

Użytkownik: Pracownia Endoskopii

Ocena stanu techn. urządzenia:

Uszkodzenia części włókien światłowodowych.  
Niesprawne są końcówka skrętna oraz zespół węglownika. Nieprawidłowe działanie głowicy regulacyjnej.

Wniosek MED-SERWIS:

Sprzęt niesprawny i wyeksploatowany.  
Nieopłacalność naprawy klasyfikuje urządzenie do kasacji.

Główny Księgowy

*Biruta Woźnialis*

Potwierdzam za zgodność  
z ORYGINAŁEM

Sejny 04. GRU. 2024

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. L. Kittler'a 2

Opinię wydał:

**MED-SERWIS**  
inż. Stanisław Leszek Kuklewicz  
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27  
NIP: 8461095572, REG. 790069926  
tel/fax (087) 568-31-08, kom. 602-215013

Opinia techniczna - ZSERW/2024/2000

Data przyjęcia: 09.09.2024

Data zakończenia: 27.09.2024

Klient: **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Dr Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny  
Tel:**

Zlecenie:

*Dane urządzenia:*

**Urządzenie: EG-530FP**  
Numer: 2G374K107  
Wyposażenie: Paszp. techn.; zatyczka  
elektryczna

*Opis naprawy:*

**Zakłócenia oraz chwilowe zaniki obrazu, uszkodzona mikrokamera.  
Do wymiany mikrokamera, osłona obiektywu, dysza oraz osłona  
gumowa końcówki skrętnej. Weryfikacja parametrów. Przegląd  
techniczny.  
Rezygnacja z naprawy. Urządzenie niesprawne technicznie  
wyłączone z dalszej eksploatacji.**

*Uwagi / zalecenia:*

**Pozycje naprawy:  
Nie wystawiono RWS**

Kolejny przegląd:

**ENDOELEKTRONIK.PL**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
**Rafał Polewczyk**  
Manager Serwisu Endoskopów  
Kom. 790-377-337  
tel. 22 758-51-48, fax 22 758-50-96  
e-mail: serwis@endoelektronik.pl

Pieczęć serwisu i podpis



Główny Księgowy

*Biruta Woznialis*

**Uchwała nr 15/2024**  
**Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu**  
**Opieki Zdrowotnej w Sejnach**  
**z dnia 27 listopada 2024 r.**  
**w sprawie zaopiniowania kasacji środków trwałych**


Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. e, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799), Uchwały Nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach uchwała, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje kasacje środków trwałych, tj.:

1. Ssak elektryczny „OGARIT”  
Nr fabryczny: 1101/245/15  
Typ: SO-5/70 Tornado  
Rok produkcji: 2015  
Wartość księgową: 3.886,92 zł
2. Myjnia ultradźwiękowa  
Nr fabryczny: 05154648901  
Typ: SONIC IRRYGATOR PC+MEDIM  
Rok produkcji: 2015  
Wartość księgową: 34.475,63 zł
3. Autoczytnik  
Nr fabryczny: 217830  
Typ: Attest 290-2.2.  
Rok produkcji: brak  
Wartość księgową: 8.814,00 zł
4. Aparat EKG  
Nr fabryczny: 0255  
Typ: Ascard Mr. Blue  
Rok produkcji: brak  
Wartość księgową: 4.922,00 zł
5. Videogastroskop  
Nr fabryczny: 6G250A083  
Typ: EG-530N  
Rok produkcji: 2009  
Wartość księgową: 30.783,00 zł
6. Kolonofiberoskop  
Nr fabryczny: A110291  
Typ: nieczytelny  
Rok produkcji: 2006  
Wartość księgową: 45.656,19 zł
7. Videogastroskop HD  
Nr fabryczny: 2G374K107  
Typ: EG-530FP  
Rok produkcji: 2017  
Wartość księgową: 49.680,00 zł

Główny Księgowy

*Biruta Woźnialis*



8. Aparat do masażu  
Nr fabryczny: 51/U/2009  
Typ: UMR  
Rok produkcji: 2009  
Wartość księgowa: 4.292,84 zł
9. Klimatyzator  
Nr fabryczny: 767922; 663019  
Typ: ELEKTRA  
Rok produkcji: 2010  
Wartość księgowa: 4.196,80 zł

§ 2. Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach  
Maciej Tomasz Pleśiewicz



Główny Księgowy  
Biruta Wozniak



## **Uzasadnienie**

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach w dniu 4 grudnia 2024 r. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na kasację środków trwałych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/222/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wdzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, zbycie mienia ruchomego o wartości księgowej od 3500 zł do 10000 zł podejmuje Dyrektor Zakładu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, przy czym zbycie mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 zł wymaga każdorazowo zgody Zarządu Powiatu wyrażonej w formie uchwały.

Aktywa trwałe mogą być przedmiotem kasacji. Zgodnie w informacją Dyrektora SP ZOZ w Sejnach wymieniony we wniosku sprzęt medyczny jest całkowicie wyeksploatowany oraz zamortyzowany.

Do wniosków dołączono niezbędne opinie o stanie technicznym urządzeń oraz opinię Rady Społecznej SP ZOZ w Sejnach.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządziła: Katarzyna Mikłaszewicz